

## Behandelprotocol IPL volgens de normen van de Kerngroep Ontharen

- Ontvangst klant koffie/thee
- Invullen intakeformulier
- Schoonheidsspecialiste leest het intakeformulier na op bijzonderheden
- **Voorlichting / Informatie**
- In het intakegesprek komen de volgende zaken aan bod:
  - Er wordt bekeken welke methode het meest geschikt is (harsen, elec.ontharen, IPL)
  - Werking van IPL
  - De 3 verschillende haargroefases
  - De risico's (verbranding, hyperpigmentatie, hypopigmentatie)
  - Voorzorgsmaatregelen (beschermen met een SPF 30, niet in de zon of onder de zonnebank, oppassen met bepaalde medicijnen, altijd doorgeven wanneer men medicijnen is gaan gebruiken, niet meer harsen, plukken o.i.d., geen selftanners gebruiken, scheerinstructie geven.
  - Te verwachten resultaat, verschil tussen blijvend en duurzaam.
  - Invloed van hormonen op haargroei en resultaat (zwangerschap, menopauze, IVF)
  - Tijdsduur tussen behandelingen , aantal behandelingen
  - Contra indicaties
- Het te behandelen gebied wordt bekeken., haarkleur, haardikte, huidtype etc...
- Er wordt een **berekening/offerte** gemaakt voor het te behandelen gebied
- Het klanteninformatie/voorzorgsmaatregelen formulier wordt overhandigd
- De 'Informed Consent' wordt ondertekend
- Klant wordt naar de behandelruimte gebracht
- \* Er wordt **een testpatch** uitgevoerd van ca. 3 flitsen
- Het loslaten van het haartje wordt getest
- De standen worden genoteerd in de kaart (ms, joule, bijzonderheden, prijsafpraak etc.)
- Afspraak maken voor 1<sup>e</sup> behandeling

### Behandeling

- Voor de 1<sup>e</sup> behandeling wordt besproken hoe de testpatch is gegaan, bij twijfel (bijvoorbeeld bij een donkere huid) wordt opnieuw een testpatch uitgevoerd.
- Voor iedere behandeling wordt gevraagd of: de klant in de zon is geweest, of medicijnen is gaan gebruiken.
- Depileren haar, gebied wordt gereinigd, gel wordt aangebracht, instellen apparaat
- De klant en schoonheidsspecialiste zetten hun beschermingsbril op.
- Behandeling wordt gestart, venster volledig aansluiten, juiste druk, overlap controleren, aanzetstuk reinigen tussendoor, koelen, controle huidreactie
- Gel wordt verwijderd
- Na een behandeling in het gelaat wordt altijd nabehandeld en een spf 30 aangebracht.
- Advies voor thuis
- Op de klantenkaart en in het logboek worden telkens de ms, joule, aantal flitsen en evt. bijzonderheden genoteerd.
- Steeds na 3 behandelingen met klant evalueren over het zover bereikte resultaat.